

SỞ Y TẾ TỈNH BẮC KẠN
TRUNG TÂM Y TẾ
HUYỆN NGÂN SƠN

Số /TTYT-KD-VTYT

V/v yêu cầu cung cấp báo giá trang
thiết bị y tế phục vụ chuyên môn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngân Sơn, ngày 15 tháng 8 năm 2024

Kính gửi: Các Công ty, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn, Thị trấn Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Họ và tên: Triệu Văn Thục

Chức vụ: Phụ trách trang thiết bị y tế

Điện thoại: 0866834716

Gmail: trieuthuc710@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược-Trang thiết bị vật tư Y tế, thuộc Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn, Thị trấn Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 14h ngày 16/8/2024 đến trước 14h ngày 26/8/2024.

Các báo giá nhận được sau thời hạn trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu là 90 ngày kể từ ngày kết thúc nhận báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa

TT	Danh mục	Yêu cầu tính năng	Số lượng	Đơn vị tính
1	Máy truyền dịch	Mô tả đầy đủ thông số kỹ thuật/Model, hãng sản xuất/nước sản xuất, quy cách theo bảng báo giá (Có phụ lục 1 kèm theo)	3	Cái
2	Tủ đầu giường inox 2 khoang		13	Cái
3	Máy theo dõi bệnh nhân (Monitor) 5 thông số		2	Cái
4	Bàn kéo nắn cột sống cổ		1	Cái
5	Máy kích thích		1	Cái

	thần kinh cơ			
6	Tủ lạnh chuyên dụng bảo quản máu và chế phẩm máu phù hợp		1	Cái
7	Máy li tâm 12 ống		1	Cái
8	Đèn diệt khuẩn di động UVC		1	Cái

2. Địa điểm cung cấp dịch vụ: Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn.

3. Thời gian dự kiến: Quý III/2024.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Ghi rõ tỷ lệ tạm ứng, thanh toán hợp đồng và các điều kiện tạm ứng, thanh toán.

5. Các thông tin khác : Các hồ sơ năng lực có liên quan.

Đề nghị các nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm thực hiện công việc nêu trên, gửi báo giá về Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn để có căn cứ thực hiện các bước tiếp theo.

Nơi nhận:

Gửi bản điện tử:

- BGĐ TTYT;
- Khoa KD-VTYT (t/h);
- Phòng Dân số (Đăng tải TTTĐT);
- Lưu: VT, KD.

GIÁM ĐỐC

Nông Văn Bình

Phụ lục 1

Danh mục yêu cầu về tính năng, cấu hình, thông số kỹ thuật

(Kèm theo Công văn số /TTYT-KD-VTYT ngày /8/2024
của Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn)

TT	Danh mục trang thiết bị y tế	Yêu cầu tính năng, cấu hình, thông số kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Máy truyền dịch	I, Yêu cầu chung - Hàng mới 100%, sản xuất năm 2023 trở về sau - Đáp ứng TCQL chất lượng: ISO 13485 - Yêu cầu điều kiện về môi trường hoạt động: + Nhiệt độ tối đa: $\geq 30^{\circ}\text{C}$ + Độ ẩm tối đa: $\geq 75\%$ - Nguồn điện cung cấp: 1 pha 220V/50Hz II. Cấu hình tiêu chuẩn - Máy chính: 01 cái - Cảm biến nhỏ giọt: 01 cái - Dây nguồn với phích cắm : 01 cái - Pin sạc dự phòng lắp trong máy: 01 cái - Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh –Việt: 01 bộ III, Thông số kỹ thuật Dãy lưu lượng truyền + Chế độ truyền dây U Series: <input type="checkbox"/> 0.1 – 99.9mL/h (mỗi bước tăng 0.1mL/h) <input type="checkbox"/> 100 – 1.200mL/h (mỗi bước tăng 1mL/h) + Chế độ bình thường: <input type="checkbox"/> Bộ truyền dịch 15 giọt/ml: 1 – 400ml/h (mỗi bước tăng 1mL/h) <input type="checkbox"/> Bộ truyền dịch 20 giọt/ml: 1 – 360ml/h (mỗi bước tăng 1mL/h) <input type="checkbox"/> Bộ truyền dịch 60 giọt/ml: 1 – 150ml/h (mỗi bước tăng 1mL/h) Giới hạn thể tích truyền 0.1 ~ 9999.9mL (mỗi bước tăng 0.1mL) Tổng thể tích truyền 0.0 ~ 9999.9mL (mỗi bước tăng 0.1mL) Độ chính xác + Chế độ truyền dây U Series $\pm 5\%$ (tiêu chuẩn IEC60601-2-24, tình huống lâm sàng) +Chế độ bình thường $\pm 10\%$ (tiêu chuẩn IEC60601-2-24, tình huống lâm sàng, môi trường nước hoặc muối) Pháthiệnlựcnghe Pháthiệnbộtkhí Báo động và thông tin - Chức năng đặc biệt	3	Cái
2	Tủ đầu giường inox 2 khoang	I, Yêu cầu chung - Hàng mới 100%, sản xuất năm 2023 trở về sau - Đáp ứng TCQL chất lượng: ISO 13485 - Yêu cầu điều kiện về môi trường hoạt động: + Nhiệt độ tối đa: $\geq 30^{\circ}\text{C}$	13	Cái

		<ul style="list-style-type: none"> + Độ ẩm tối đa: $\geq 75\%$ <p>II. Cấu hình tiêu chuẩn</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tủ đầu giường 2 khoang: 01 cái <p>III, Thông số kỹ thuật</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước (mm): (RxSxC): 400 x 350 x 900 $\pm 5\%$ - Vật liệu chính làm bằng inox Sus 201 hoặc 304 - Sản phẩm có kết cấu vững chắc, dễ sử dụng và vệ sinh: + Tủ bao gồm 2 khoang. + Khung tủ làm bằng inox hộp, lan can làm bằng inox ống. + Nóc, cánh tủ, mặt ngăn kéo, sàn, thân Ngăn kéo làm bằng inox tấm. + Chân có đệm cao su 		
3	Máy theodị bệnh nhân (Monitor) 5 thông số	<p>I, Yêu cầu chung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hàng mới 100%, sản xuất năm 2023 trở về sau - Đáp ứng TCQL chất lượng: ISO 13485 - Yêu cầu điều kiện về môi trường hoạt động: + Nhiệt độ tối đa: $\geq 30^{\circ}\text{C}$ + Độ ẩm tối đa: $\geq 75\%$ - Nguồn điện cung cấp: 1 pha 220V/50Hz <p>II. Cấu hình tiêu chuẩn</p> <ul style="list-style-type: none"> - Máy chính với màn hình màu 12.1inch: 01 cái - Cáp + điện cực ECG: 01 bộ - Cáp nối đo SPO2: 01 bộ - Bộ đo huyết áp: 01 bộ - Cảm biến nhiệt độ: 01 cái - Dây nguồn với phích cắm : 01 cái - Pin sạc dự phòng lắp trong máy: 01 cái - Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh –Việt: 01 bộ <p>III, Thông số kỹ thuật</p> <ul style="list-style-type: none"> - Màn hình LCD màu 12,1 inch, giao diện đa ngôn ngữ - Thiết kế không quạt, yên tĩnh, tiết kiệm năng lượng và sạch sẽ, giúp giảm khả năng lây nhiễm chéo - Màn hình phù hợp theo dõi cho người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh - Với giao diện tiêu chuẩn, đồ thị Oxy, đồ thị xu hướng, mặt lớn và mặt giường, thuận tiện quan sát - Thao tác nhanh chóng bằng các phím và nút - Hiển thị đồng bộ dạng sóng tối đa 8 kênh - Hiển thị dạng sóng ECG 7 đạo trình, hiển thị dạng sóng ECG theo tầng - Áp dụng công nghệ SpO2 kỹ thuật số - Chức năng phân tích biến thiên nhịp tim (HRV) - Chế độ đo NIBP: Thủ công / TỰ ĐỘNG / STAT, lưu trữ dữ liệu NIBP 4800 nhóm - Tính toán nồng độ thuốc và chức năng bảng chuẩn độ - Đầy đủ các thông số: - ECG, HR, RESP, NIBP, 	2	Cái

		SPO2, NHIỆT ĐỘ		
4	Giường kéo nắn cổ cột sống	<p>I, Yêu cầu chung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hàng mới 100%, sản xuất năm 2023 trở về sau - Đáp ứng TCQL chất lượng: ISO 13485 - Yêu cầu điều kiện về môi trường hoạt động: <ul style="list-style-type: none"> + Nhiệt độ tối đa: $\geq 30^{\circ}\text{C}$ + Độ ẩm tối đa: $\geq 75\%$ - Nguồn điện cung cấp: 1 pha 220V/50Hz <p>II. Cấu hình tiêu chuẩn</p> <ul style="list-style-type: none"> - Máy chính : 01 - Giường , chân liên kết giường và máy chính : 01 -Khung dàn thẳng , vuông : 01 -Ghế cho BN kéo đốt sống cổ : 01 -Gối tựa đầu : 01 -Đệm đỡ khuỷu chân : 01 -Mắc kéo : 02 cái -Đai kéo đốt sống cổ : 01 -Đai ngực : 01 -Công tắc an toàn : 01 -Đai lưng : 01 - Dây nguồn với phích cắm : 01 cái - Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh –Việt: 01 bộ <p>III, Thông số kỹ thuật</p> <p>Máy kéo giãn cột sống tự động sử dụng trong vật lý trị liệu máy này được thiết kế để sử dụng một cách an toàn và dễ dàng dành cho một bệnh nhân trị liệu</p> <p>Tính năng</p> <ul style="list-style-type: none"> •4 chế độ kéo •Hiệu ứng chườm nóng bằng thiết bị làm nóng lưng trên bàn điều trị •Thao tác thuận tiện với khóa sang số. •Nếu bệnh nhân di chuyển trong quá trình điều trị, máy sẽ tự động điều chỉnh theo vị trí của bệnh nhân •Luôn duy trì lực kéo cố định trong quá trình điều trị. <p>Thông số kỹ thuật</p> <p>Nguồn điện: AC 220V, 60Hz</p> <p>Công suất tiêu thụ HT 101 : 120W</p> <p>Lực kéo : 1 ~ 80kg</p> <p>Tốc độ kéo 7mm/giây</p> <p>Hệ giờ: 1 ~ 99 phút</p> <p>Thời gian giữ/ d ừng chờ : 1 ~ 99 giây</p> <p>Hiệu ứng nhiệt: lên đến 45°C / 65°C (cố định)</p>	1	Cái
5	Máy kích thích thần kinh cơ	<p>I, Yêu cầu chung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hàng mới 100%, sản xuất năm 2023 trở về sau - Đáp ứng TCQL chất lượng: ISO 13485 - Yêu cầu điều kiện về môi trường hoạt động: <ul style="list-style-type: none"> + Nhiệt độ tối đa: $\geq 30^{\circ}\text{C}$ + Độ ẩm tối đa: $\geq 75\%$ - Nguồn điện cung cấp: 1 pha 220V/50Hz <p>II. Cấu hình tiêu chuẩn</p> <ul style="list-style-type: none"> - Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 chiếc. - Dây cáp kết nối điện cực: 01 cái. 	1	Cái

		<ul style="list-style-type: none"> - Pin 9V: 01 cái. - Hộp đựng: 01 cái. - Dây nguồn với phích cắm : 01 cái - Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh –Việt: 01 bộ <p>III, Thông số kỹ thuật</p> <p>*Máy có thể hiển thị các thông số: Biên độ dòng điện (mA); thời gian kích thích (ms), tần số kích thích (Hz).</p> <p>*Máy có công nghệ SENSE cho phép phát ra 3 xung một giây với thời gian kích thích khác nhau. 2 xung đầu có thời gian kích thích cố định là 0,1ms, thời gian kích thích của xung thứ 3 tự tăng hoặc giảm theo cường độ kích thích.</p> <p>*Cường độ dòng điện kích thích: lựa chọn 0 – 5mA hoặc 0 – 1mA.</p> <p>*Thời gian kích thích: 0,05; 0,10; 0,30; 0,50; 1,00ms</p> <p>*Tần số kích thích: 1 Hz; 2 Hz; 3 Hz.</p>		
6	Tủ lạnh chuyên dụng bảo quản máu và chế phẩm máu phù hợp	<p>I, Yêu cầu chung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hàng mới 100%, sản xuất năm 2023 trở về sau - Đáp ứng TCQL chất lượng: ISO 13485 - Yêu cầu điều kiện về môi trường hoạt động: <p>+ Nhiệt độ tối đa: $\geq 30^{\circ}\text{C}$</p> <p>+ Độ ẩm tối đa: $\geq 75\%$</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nguồn điện cung cấp: 1 pha 220V/50Hz <p>II. Cấu hình tiêu chuẩn</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thân tủ chính: 01 cái - Kệ: 02 cái - Dây nguồn với phích cắm : 01 cái <p>Pin dự phòng cho báo động: 72h</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh –Việt: 01 bộ <p>III, Thông số kỹ thuật</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có thể lưu trữ tổng cộng 66 túi máu 450ml - Hệ thống làm mát không khí cưỡng bức thực - Phá thiên chính xác nhiệt độ của máu - Quạt lớn giúp nhiệt độ đồng đều hơn - Bánh xe có khóa chịu tải nặng - Khóa tiêu chuẩn cho cửa - SUS304 Kháng khuẩn và chống ăn mòn - Nhiệt độ biến động được kiểm soát ở mức $4 \pm 0,5^{\circ}\text{C}$ - Báo động bằng âm thanh và hình ảnh - Kệ và giỏ có thể điều chỉnh - Chất làm lạnh không chứa CFC và tiết kiệm năng lượng - Phạm vi nhiệt độ $4 \pm 1^{\circ}\text{C}$ - Chất làm lạnh: R134a - Công suất (L/cu.ft): 108/3.81 - Báo động: Nhiệt độ thấp, mất điện, lỗi nhiệt kế, sự cố bộ điều khiển, cửa hé mở 	1	Cái
7	Máy li tâm 12 ống	<p>I, Yêu cầu chung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hàng mới 100%, sản xuất năm 2023 trở về sau - Đáp ứng TCQL chất lượng: : CE, ISO9001, 	1	Cái

		<p>ISO13485</p> <ul style="list-style-type: none"> - Yêu cầu điều kiện về môi trường hoạt động: + Nhiệt độ tối đa: $\geq 30^{\circ}\text{C}$ + Độ ẩm tối đa: $\geq 75\%$ - Nguồn điện cung cấp: 1 pha 220V/50Hz <p>II. Cấu hình tiêu chuẩn</p> <ul style="list-style-type: none"> - Máy chính: 01 cái - Dây nguồn với phích cắm : 01 cái - Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh –Việt: 01 bộ <p>III, Thông số kỹ thuật</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có nút điều chỉnh tốc độ li tâm giúp người dùng có thể dễ dàng lựa chọn - Máy có cấu tạo đơn giản nên rất dễ vận hành, vệ sinh và bảo dưỡng... Tốc độ li tâm tối đa: 4000 vòng/ phút Khả năng li tâm tối đa: 12 ống x 20ml Lực li tâm cực đại: 2325 RCF Cài đặt thời gian từ: 0~30 phút 		
8	Đèn diệt khuẩn di động UVC	<p>I, Yêu cầu chung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hàng mới 100%, sản xuất năm 2023 trở về sau - Đáp ứng TCQL chất lượng: ISO 13485 - Yêu cầu điều kiện về môi trường hoạt động: + Nhiệt độ tối đa: $\geq 30^{\circ}\text{C}$ + Độ ẩm tối đa: $\geq 75\%$ - Nguồn điện cung cấp: 1 pha 220V/50Hz <p>II. Cấu hình tiêu chuẩn</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đèn khử khuẩn di động: 01 cái - Dây nguồn với phích cắm : 01 cái - Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh –Việt: 01 bộ <p>III, Thông số kỹ thuật</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công suất sử dụng: 50W – 65W - Không gian khử trùng: 30m² - Tay nâng đèn có thể điều chỉnh được - Có bánh xe đẩy di động 	1	Cái

Phụ lục 2
MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Công văn số /TTYT-KD-VTYT ngày /8/2024
của Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn)

BÁO GIÁ

Kính gửi: TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN NGÂN SƠN

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm y tế huyện Ngân Sơn], chúng tôi
.... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng
sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên
danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cung cấp dịch
vụ hàng hóa như sau:

1. Báo giá

STT	Danh mục	Cấu hình, thông số kỹ thuật, model, hãng sản xuất	Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ	Số lượng	Đơn giá (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) (VND)	Thành tiền (VND)
1										
2										
n	...									

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ...

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm 2024
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu)